



# 遵义市播州区人民医院 关于购置神经内镜项目的内部竞争性磋商公告

(第二次)

## 一、项目基本情况

项目编号：BYC-2024-ZS042

项目名称：购置神经内镜

采购方式：内部竞争性磋商

采购需求：

项目编号	项目名称	数量	单位	产地来源
BYC-2024-ZS042	购置神经内镜	1	套	不限
技术参数或服务要求				
序号	产品名称	数量及单位	技术参数或服务要求	
1	神经内镜	1套	<p>一、脑出血0°内镜：1条</p> <p>1.1、0°直视式内镜，带光纤接口；</p> <p>1.2、超广角，镜身直径<math>\leq 4</math> mm，有效工作长度<math>\geq 15</math> cm；</p> <p>1.3、标准目镜接口；</p> <p>1.4、可长期反复预真空高温高压消毒；</p> <p>1.5、内镜晶体为柱状晶体；</p> <p>1.6、镜面采用蓝宝石镜面；</p> <p>二、脑出血30°内镜：1条</p> <p>2.1、30°直视式内镜，带光纤接口；</p> <p>2.2、超广角，镜身直径<math>\leq 4</math> mm，有效工作长度<math>\geq 15</math> cm；</p> <p>2.3、标准目镜接口；</p> <p>2.4、可长期反复预真空高温高压消毒；</p> <p>2.5、内镜晶体为柱状晶体；</p> <p>2.6、镜面采用蓝宝石镜面；</p> <p>三、脑出血配套手术器械：</p> <p>3.1、冲洗鞘1个，可与镜夹连接，直径<math>\leq 5</math>mm，工作长度<math>\geq 14</math>cm；</p> <p>3.2、鼻钳1把，直角，有效工作长度<math>\geq 13</math> cm；</p> <p>3.3、直剪1把，小手柄，带清洗接头，工作长度<math>\geq 18</math>cm；</p> <p>3.4、吸引管1条，直径<math>\leq 3.3</math>mm，工作长度<math>\geq 15</math>cm；</p> <p>3.5、取瘤钳1把，圆形匙，直径<math>\leq 2.5</math> mm，直型，有效工作长度<math>\geq 18</math> cm；</p>	



- 3.6、组织活检及抓钳 1 把，垂直打开，顶部末端可伸展，有凹陷口，有效工作长度 $\geq 18$  cm，有凹陷口；
- 3.7、吸引管，有效工作长度 $\geq 15$  cm，直径 $\leq 3$  mm，向上开；
- 3.8、咬切钳 1 把，直，长度 $\geq 13$ cm；
- 3.9、鼻钳 1 把，45° 翘头，有效工作长度 $\geq 13$  cm；
- 3.10、黏膜咬切钳 1 把，45° 上翘，长度 $\geq 13$ cm；
- 四、配套机械臂：**
- 4.1、旋转插座 1 个，夹子在手术台上，侧面有抓钳用于铰架高度和角度的调整；
- 4.2、金属镜夹 1 个，夹紧范围为 4.8 ~ 12.5mm，用于器械和内镜夹持固定；
- 4.3、固定架 1 个，L 形，长，高 $\geq 48$ cm，固定范围 $\geq 52$ cm；

商务要求

- 1. 保修 $\geq 2$  年

★本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

## 二、合格供应商应当具备的资格条件

### (一) 一般条件要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照（三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权；

2. 特殊资格要求：①投标产品属于医疗器械管理的产品，须提供所投产品的医疗器械注册证（含登记表等附件）或医疗器械备案证书（凭证）；②投标产品属于医疗器械管理的产品，供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投产品）或医疗器械经营许可备案证明材料，同时提供生产厂商的《医疗器械生产许可证》（生产范围覆盖所投产品）；供应商为生产厂商的，须提供《医疗器械生产许可证》（生产范

围覆盖所投产品），同时提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投产品）或医疗器械经营许可备案证明材料；

3. 须提供生产厂家产品销售授权书和相关资质证明材料；

4. 须提供经合法审计机构出具的 2022 或 2023 年度财务审计报告，或投标截止时间前 3 个月的资产负债表【新注册企业提供当年内】；

5. 提供供应商 2024 年 1 月至今任意 3 月的依法缴纳税收及缴纳社会保险金的凭据或证明材料【新注册企业提供当年内的依法缴纳税收及缴纳社会保险金的凭据或证明材料；依法未纳税的，须提供税务零申报证明材料】；

6. 提供供应商在参加本次采购活动前 3 年内无违法不良记录的书面声明【新注册企业提供当年内】（格式自拟）；

7. 其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应证明材料。

## （二）诚信资格要求：

提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)]，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单 <http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

## 三、报名与采购文件获取

### （一）报名与采购文件获取时间：

2024 年 12 月 24 日-2024 年 12 月 30 日[8:00-11:30;14:00-17:00][周末、节假日除外]，供应商须在规定的时间内将报名资料发送到指定报名邮箱并登记备案，如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加；

### （二）报名方式：

电子邮件报名；

(三) 报名邮箱：

[zysbzqrmmy2024@163.com](mailto:zysbzqrmmy2024@163.com) ；

(四) 相关提示及报名资料

参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标的项目名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称，另扫描以下资料作为该邮件附件发送至报名邮箱：

1) 三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；

2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件（复印件加盖公章）；

3) 合格供应商应当具备的资格条件第一条第2款特殊资格要求中所需资料（复印件加盖公章）；

4) 诚信资格证明材料、无违法不良记录证明（复印件加盖公章）；

5) 《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》；

6) 《投标廉洁承诺书》。

#### 四、响应文件递交须知

(一) 响应文件递交时间

2024年12月31日14:00~14:30（北京时间），逾期送达的文件拒不接受；同时需提交纸质版报名资料一套，并每页加盖报名公司鲜章。

(二) 投响应文件密封方式

档案袋密封。

#### 五、开标时间和地点

(一) 开标时间

2024年12月31日14时30分（星期二）[北京时间]。

## (二) 开标地点

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

## 六、信息公开媒介

遵义市播州区人民医院[官网]:<http://www.zysbzqrmmy.cn>。

## 七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币 0 元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入黑名单并进行公示。

## 八、评标办法摘要

(一) 合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正、1 副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

### (二) 评标方法：

综合评标法。

### (三) 开标条件：

响应报价 $\geq 3$  家。

## 九、联系方式

### (一) 主管科室：

设备科 联系人及电话： 白女士 0851-27250703

### (二) 办理科室：

总务科 联系人及电话： 罗女士 0851-27221960

### (三) 联系地址：

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

### (四) 投诉与举报电话

纪委综合办 联系电话： 0851-27252009



遵义市播州区人民医院  
People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

遵义市播州区人民医院总务科

2024年12月24日

遵义市播州区人民医院