

遵义市播州区人民医院

关于购置转运呼吸机项目的内部竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2022-ZS039

项目名称：购置转运呼吸机

采购方式：竞争性磋商

采购限价：\

资金来源：自筹

采购需求：

项目编号	产品名称	数量	单位	采购限价	产地来源
BYC-2022-ZS039	转运呼吸机	1	台	\	国产

技术参数或服务要求

一、产品参数及功能要求：

1. 气动电控型呼吸机
2. 屏幕：彩色触摸液晶屏，尺寸 ≥ 6.5 英寸
3. 具备中英文语音导航和传统声音报警功能，且可选，方便医务人员快速上机操作
4. 具有一键设置功能，可快速设定幼儿、儿童和成人模式，快速进入抢救状态
5. 控制模式：时间切换、容量控制、压力控制
6. 呼吸模式：Manual、IPPV、V-A/C、V-SIMV、PCV、P-A/C、P-SIMV、CPAP、CPR 通气模式
7. 内置电子 PEEP 功能，PEEP 压力 0，3~30cmH₂O
8. 可升级 HFNC 高流量氧疗功能，最高可达 60L/Min
9. 工作压力：2.7 ~ 6.0bar
10. 吸呼比：8:1~1:8 可调或高于此范围
11. 潮气量：50mL ~ 2200mL
12. 呼吸频率：0~110bpm
13. 氧浓度可调：40% / 100% 两档可调
14. 吸气压力：5 ~ 60cmH₂O，连续可调
15. 压力触发：-20cmH₂O~0cmH₂O
16. 压力上升时间：慢/正常/快三档可调
17. 压力支持：0，3cmH₂O~35cmH₂O
18. 平台时间：0~80%

二、其它：

1. 监测指标：分钟通气量、潮气量、气道压力（峰值压、平均压）、时间-压力波形等
2. 内置可充电锂电池，具有在线充电功能，工作时间： ≥ 5 小时
3. 防护等级：IPX4
4. 可升级呼吸末二氧化碳监测功能
5. 可选配一体化负压吸痰、面罩供氧功能
6. 主机可以独立使用，或配备转运急救包使用，亦可连接转运分体式便携气瓶联合使用。

三、商务要求

- 1、设备保修 ≥ 2 年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少 2 次的上门维护保养工作。

2、3 个月内非人为质量问题提供换货。售后服务响应时间不超过一小时，全年 24 小时技术支持，6 小时内提供维修方案及报价，24 小时内到达现场，贵州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式

本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

(一) 一般条件要求：符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件；

2. 须提供医疗器械经营备案凭证/经营许可证；

3. 若产品不是本公司生产的，还须提供产品生产商/代理商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一）、医疗器械生产备案凭证/生产许可证（或医疗器械经营备案凭证/经营许可证）；

4. 须提供医疗器械产品备案凭证/注册证及相应登记附表；

5. 须提供生产厂家产品销售授权书。

6、提供供应商 1 年以上资产负债等财务报告[新注册企业提供当年内]；

7、提供供应商依法纳税证明材料[新注册企业可提供当年内或提供依法不需要纳税的相关文件证明]；

8、提供供应商 1 年以上无违法不良记录的证明材料及供应商主体信用记录【新注册企业提供当年内】；

9、其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。

(二) 诚信资格要求：提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn]，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单 <http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

三、报名与采购文件获取

1、报名与购买采购文件时间：2022 年 11 月 18 日-11 月 24 日[8:00-11:30；14:00-17:30][周末、中午休息、节假日除外]，供应商须在规定的时间内到指定地点现场购买本采购文件，并登记备案，如在规定时间内未购买采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

2、报名与购买采购文件地点：遵义市播州区人民远程医疗中心二楼总务科；**报名方式：现场报名。**

3、本采购文件售价：人民币 100.00 元/包[不收外币、不接受电子支付；文件售后不退，谈判资格不能转让]

4、供应商购买采购文件时应携带以下资料：

报名时由项目负责人持法人授权委托书报名，并携带资质证书、营业执照、组织

机构代码证、税务登记证或三证合一证、特殊行业注册证或许可证、诚信证明（上述政府网站打印）、无违法不良记录证明（上述政府网站打印）；以上材料收加盖公章复印件，授权委托书收原件。

四、响应文件递交须知

1、截止时间

2022 年 11 月 25 日 10 : 00 时上班时间[中午休息、周末、节假日除外]，逾期送达的文件拒不接收。

2、投响应文件密封方式：档案袋封装

五、开标时间和地点

1、时间：2022 年 11 月 25 日 10 时 00 分[北京时间]。

2、地点：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

六、信息公开媒介：<http://www.zysbzqrmmy.cn> 遵义市播州区人民医院[官网]

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币 0 元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入黑名单并进行公示。

八、评标办法摘要

1、合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正 1 副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

2、最低评标价法。

3、开标条件：响应报价 ≥ 3 家。

九、联系方式

1、主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

2、办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

3、地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

十、请严格遵守疫情防控相关规定。

遵义市播州区人民医院总务科

2022 年 11 月 18 日