



遵义市播州区人民医院 关于购置脊柱减压牵引床等医疗设备一批的 内部竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2024-ZS018

项目名称：购置脊柱减压牵引床等医疗设备一批

采购方式：内部竞争性磋商

采购需求：

项目编号	产品名称	数量	单位	产地来源
BYC-2024-ZS018	脊柱减压牵引床	1	张	国产
	紫外线治疗仪	1	台	国产
	电针治疗仪	15	台	国产
	电脑中频治疗仪	2	台	国产

技术参数或服务要求

序号	产品名称	技术参数或服务要求
1	脊柱减压牵引床	1、电源电压：220V±22V，频率 50Hz±1Hz； 2、牵引模式（至少具有）：连续牵引、≥3 种间歇模式； 3、实时显示：牵引模式、牵引力、牵引时间、间歇力、间歇时间和总治疗时间在牵引床操作面板上连续显示； 4、模式选择：牵引模式从待机状态开始选择； 5、腰椎牵引力：1~80kgf 连续可调，允差±10%； 6、颈椎牵引力：1~35kgf 连续可调，允差±10%； 7、角度牵引范围：17°~42° 连续可调，允差±2°； 8、治疗时间：1min~99min 可调，级差 1min，允差±30s； 9、间歇模式牵引时间：1s~99s 可调，级差 1s，允差±30s；



		<p>10、间歇模式间歇时间：1s~99s 可调，级差 1s，允差±30s；</p> <p>11、间歇模式间歇力：间歇力调节范围比牵引力小 1kgf；</p> <p>12、输出稳定性：治疗过程中的牵引力稳定输出或均匀变化；</p> <p>13、控制系统：自动化牵引力控制系统；</p> <p>14、操作显示：≥9.7 英寸触摸控制屏和指示顶灯，自动化设置、提示；</p> <p>15、治疗时间采用计时（计时方式不限），能在操作面板上显示计时方式；</p> <p>16、腰部加热功能：温度≥3 档可调，允差±3℃；</p> <p>17、腿板滑动：滑动行程不小于 100mm，空载滑动阻力大于 50N；</p> <p>18、腿部支撑：在牵引过程中腿部支撑与腿板应保持恒定的相对位置，腿部支撑高度≥25mm；</p> <p>19、额定载荷：≥150kg；</p> <p>20、至少具有自动补偿和柔性加减功能；</p> <p>21、具备指示灯或提示音，可以提示治疗过程和治疗结束。</p>
2	紫外线治疗仪	<p>1、使用电源：交流电压 220V±22V，频率 50Hz±1Hz；</p> <p>2、操作显示：≥5 英寸液晶屏，一键飞梭；</p> <p>3、紫外线发光类型：低压汞蒸气荧光灯和贴片式灯珠；</p> <p>4、紫外线波长：253.7nm，允差±3nm；</p> <p>5、体腔治疗头辐照度：≥3 种；</p> <p>直光导：≥22mW/cm²，允差±20%；</p> <p>弯光导：≥12mW/cm²，允差±20%；</p> <p>鼻光导：≥17mW/cm²，允差±20%；</p> <p>6、体表治疗头辐照度：≥25mW/cm²，允差±20%；</p> <p>7、定时时间：1~999 秒，步进≤1s，允差±2%；</p> <p>8、输出通道：≥2 通道；</p> <p>9、至少具有体腔照射器和体表照射器；</p>



		<p>10、工作模式（至少具有）：体腔、体表模式；</p> <p>11、体表照射器紫外辐照强度的均匀性小于±25%；</p> <p>12、紫外辐照强度的稳定性小于5%；</p>
3	电针治疗仪	<p>1、输出通道：≥6路输出，独立可调；</p> <p>2、输出波形：≥3种，至少含连续波、断续波、疏密波；</p> <p>3、连续波：频率0.8Hz~100Hz可分档调节，允差±15%；</p> <p>4、断续波：断续周期可调；</p> <p>5、疏密波：疏、密波变换周期可调；</p> <p>6、输出模式（至少具有）：毫针、皮肤两种；</p> <p>7、具有毫针和皮肤电极线误用提示功能；</p> <p>8、毫针电极输出强度：0~12V，允差±20%；</p> <p>9、皮肤电极输出强度：0~38V，允差±20%；</p> <p>10、治疗时间：≥八档可调；</p>
4	电脑中频治疗仪	<p>1、推车式；</p> <p>2、输出通道：≥4路中频加透热输出、≥4路离子导入直流输出、≥2路干扰电输出；</p> <p>3、中频频率：1kHz~10kHz，单一频率允差±10%；</p> <p>4、调制频率：0~150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值；</p> <p>5、中频载波波形：双向方波；</p> <p>6、调制波形（至少具有）：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波；</p> <p>7、调制方式（至少具有）：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。</p> <p>8、脉宽：50μs~500μs，允差±10%；</p> <p>9、中频调幅度：≥5档可调；</p> <p>10、干扰电性能：</p>



- 10.1、工作频率：4kHz，允差±10%；
- 10.2、调制频率：0.125Hz，允差±10%；
- 10.3、差频频率范围：0~112Hz，允差±10%或±1Hz 取较大值；
- 11、操作显示：≥8英寸液晶触摸屏；
- 12、处方：≥100个固定处方；
- 13、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA，输出强度分0~99级可调；
- 14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V；
- 15、电极板温度：38℃~55℃，≥6档可调，允差±3℃；
- 16、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0~99级可调；
- 17、治疗时间：治疗时间根据处方有对应时间，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min；

商务要求

- 1、整机质保：≥2年；

★本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

(一) 一般条件要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照（三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权；

2. 特殊资格要求：①投标产品属于医疗器械管理的产品，须提供所投

产品的医疗器械注册证（含登记表等附件）或医疗器械备案证书（凭证）；

②投标产品属于医疗器械管理的产品，供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投产品）或医疗器械经营许可备案证明材料，同时提供生产厂商的《医疗器械生产许可证》（生产范围覆盖所投产品）；供应商为生产厂商的，须提供《医疗器械生产许可证》（生产范围覆盖所投产品），同时提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投产品）或医疗器械经营许可备案证明材料；

3. 须提供生产厂家产品销售授权书和相关资质证明材料；

4. 须提供经合法审计机构出具的 2022 或 2023 年度财务审计报告，或投标截止时间前 3 个月的资产负债表【新注册企业提供当年内】；

5. 提供供应商 2023 年 9 月至今任意 3 月的依法缴纳税收及缴纳社会保险金的凭据或证明材料【新注册企业提供当年内或者依法不用纳税及缴纳社保的，须提供有效的证明文件】；

6. 提供供应商 1 年以上无违法不良记录的证明材料【新注册企业提供当年内】【供应商自行承诺】；

7. 其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应证明材料。

（二）诚信资格要求：

提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站 [www.creditchina.gov.cn，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单 <http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>] 的查询记录截图[完整清晰]。

三、报名与采购文件获取

（一）报名与采购文件获取时间：

2024年7月26日-2024年8月1日[8:00-11:30;14:00-17:30][周末、节假日除外], 供应商须在规定的时间内将报名资料发送到指定报名邮箱并登记备案, 如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

(二) 报名方式:

电子邮件报名;

(三) 报名邮箱:

zysbzqrmmyy2024@163.com ;

(四) 相关提示及报名资料

参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题: 注明公司名称、竞标的项目名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称, 另扫描以下资料作为该邮件附件发送至报名邮箱:

- 1) 三证合一的营业执照副本(复印件加盖公章);
- 2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件(复印件加盖公章);
- 3) 合格供应商应当具备的资格条件第一条第2款特殊资格要求中所需资料(复印件加盖公章);
- 4) 诚信资格证明材料、无违法不良记录证明(复印件加盖公章);
- 5) 《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》;
- 6) 《投标廉洁承诺书》。

四、响应文件递交须知

(一) 截止时间:

2024年8月2日09:00(星期五)上班时间, 逾期送达的文件拒不接受。

(二) 投响应文件密封方式

档案袋密封。

五、开标时间和地点

(一) 开标时间

2024年8月2日09时00分（星期五）[北京时间]。

(二) 开标地点

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

六、信息公开媒介

遵义市播州区人民医院[官网]:<http://www.zysbzqrmmy.cn>。

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币0元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入黑名单并进行公示。

八、评标办法摘要

(一) 合格供应商须提供规范有效的响应文件[1正、1副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

(二) 评标方法：

综合评标法。

(三) 开标条件：

响应报价 ≥ 3 家。

九、联系方式

(一) 主管科室：

设备科 联系人及电话：白女士 13985227666

(二) 办理科室：

总务科 联系人及电话：罗女士 0851-27221960



遵义市播州区人民医院

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

(三) 联系地址:

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

(四) 投诉与举报电话

纪委综合办 联系电话: 0851-27252009

遵义市播州区人民医院总务科

2024年7月26日

遵义市播州区人民医院