

遵义市播州区人民医院

关于购置血液透析机、血液透析过滤机的院内

竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2025-ZS001

项目名称：购置血液透析机、血液透析过滤机

采购方式：院内竞争性磋商

采购需求：

项目编号		项目名称	数量/单位	产地来源
BYC-2025-ZS001		购置血液透析机、血液透析过滤机	1 批	不限
技术参数或服务要求				
序号	产品名称	数量及单位	技术参数或服务要求	
1	血液透析机	2 台	1. 环保使用年限：≥10 年。（提供机身铭牌或说明书证明） 2. 供电：220V AC，50Hz。 3. 机身尺寸：机身底座宽度≤550mm 。 4. 供水：压力范围：1.5-6bar；温度范围：5℃~30℃。 5. 透析液流速：300~700 mL/min，1mL/min 可调。 6. 透析液温度：33.0~39.0℃，实时监测可调，有超温保护装置。 7. 超滤速度：0.10~4.00L/h。 8. 具备漏血检测器，具有声光报警。 9. 动脉血泵：40~500mL/min。 10. 肝素泵：设置范围：0.1~9.9mL/h；注射器类型：20mL、30mL。 11. 具备空气监测器；检测精度：≤0.02mL。 12. 动脉压：测量范围：-200~+480mmHg。 13. 静脉压：测量范围：-200~+350mmHg。 14. 透析液压：测量范围：-400~+400mmHg。 15. 透析液浓度：12.0 ~18.0mS/cm。 16. 治疗模式：用于血液净化治疗，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析，可使用碳酸氢盐干粉筒或浓缩液进行透析。 17. 人机交互：≥15 英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，全中文操作系统。	



			18. 报警提示功能：多种颜色报警指示灯，具有声光报警指示，可帮助医护及时准确判断报警提示内容。 19. 消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高可达 85℃，消毒脱钙一体化完成时间≤40min。 20. 设备至少包含热水柠檬酸、次氯酸钠消毒两种以上模式。 21. 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间至少 30 分钟，断电数据保存功能。 22. 浓度曲线：可进行透析液浓度曲线治疗，可预存≥8 条曲线，实现个性化透析。 23. 超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可预存≥8 条曲线，实现个性化透析。 24. B 粉筒支架组件：标配碳酸氢盐干粉自动配制系统。 25. 透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。 26. 具有一键排液功能，治疗结束后可以一键自动排出透析器膜内、膜外和管路内液体。 27. 标配血压计组件，可监测患者血压等情况，并在设备界面直接查看。
2	血液透析过滤机	1 台	1. 屏幕：≥15 英寸彩色液晶、可旋转、触摸显示屏。 2. 供水压力范围：1.5-7bar，供水温度范围：5° C~30° C。 3. 透析液流速：300~700mL/min；调节梯度：1mL/min。 4. 透析液温度：33.0~40.0° C。 5. 超滤速度：0.10~4.00L/h。 6. 血液流速调节范围：50~600mL/min。 7. 肝素泵设置范围：1.0~9.0mL/h。 8. 具备气泡检测器，气泡检测器精度：≤0.02mL。 9. 置换液泵设置范围：0.50~17.00L/h。 10. 动脉压测量范围：-200~+400mmHg。 11. 静脉压测量范围：-200~+400mmHg。 12. TMP 测量范围：-80~+400mmHg。 13. 透析液压力测量范围：-400~+400mmHg。 14. 透析液浓度：12.0~18.0mS/cm。 15. 治疗模式：血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-lineHDF 和 On-lineHF。 16. 设备外观至少可见泵前动脉压和静脉压 2 个压力监测口，能同时监测泵前动脉压和静脉压。 17. 具有声光报警提示功能，多种颜色报警指示灯。

		18. 设备自身具备静脉夹、动脉夹。 19. 设备支持热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒。 20. 热水柠檬酸消毒时间$\leq 40\text{min}$，消毒温度最高$\geq 85^{\circ}\text{C}$。 21. 设备具备消毒液吸空报警提示。 22. B液浓度可个性化调节，可预先存储≥ 8条碳酸氢盐浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。 23. 透析液浓度可个性化调节，可预先存储≥ 8条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。 24. 可预先存储≥ 8条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储。 25. 设备标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统。 26. 液面调整：具备动脉壶和静脉壶液面电动调整功能。 27. 具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与排除的方式。 28. 管路安装完成后，触摸开始键，自动完成血液管路和透析器预冲。 29. 标准配置在线通讯组件。 30. 标准配置患者卡读卡器组件。 31. 标配血压计组件，可监测患者血压等情况，并在设备界面直接查看。
商务要求		
1. 整套系统原厂保修≥ 2年；		

★本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

（一）一般条件要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照（三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权；

2. 特殊资格要求：①投标产品属于医疗器械管理的产品，须提供所投产品的医疗器械注册证（含登记表等附件）或医疗器械备案证书（凭证）；

②投标产品属于医疗器械管理的产品，供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投产品）或医疗器械经营许可备案证明材料，同时提供生产厂商的《医疗器械生产许可证》（生产范围覆盖所投产品）；供应商为生产厂商的，须提供《医疗器械生产许可证》（生产范围覆盖所投产品），同时提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投产品）或医疗器械经营许可备案证明材料；

3. 须提供生产厂家产品销售授权书和相关资质证明材料；

4. 须提供经合法审计机构出具的 2023 或 2024 年度财务审计报告，或投标截止时间前 3 个月的资产负债表【新注册企业提供当年内】；

5. 提供供应商 2024 年 9 月至今任意 3 月的依法缴纳税收及缴纳社会保障金的凭据或证明材料【新注册企业提供当年内的依法缴纳税收及缴纳社会保障金的凭据或证明材料；依法未纳税的，须提供税务零申报证明材料】；

6. 提供供应商在参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明【新注册企业提供当年内】；

7. 其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应证明材料。

（二）诚信资格要求：

提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单 <http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

三、报名与采购文件获取

（一）报名与采购文件获取时间：

2025 年 3 月 20 日-2025 年 3 月 26 日[8:00-11:30；14:00-17:00][周

末、节假日除外], 供应商须在规定的时间内将报名资料发送到指定报名邮箱并登记备案, 如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加;

(二) 报名方式:

电子邮件报名;

(三) 报名邮箱:

zysbzqrmyy2024@163.com ;

(四) 相关提示及报名资料

参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题: 注明公司名称、竞标的项目名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称, 另扫描以下资料作为该邮件附件发送至报名邮箱:

- 1) 三证合一的营业执照副本 (复印件加盖公章);
- 2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件 (复印件加盖公章);
- 3) 合格供应商应当具备的资格条件第一条第 2 款特殊资格要求中所需资料 (复印件加盖公章);
- 4) 诚信资格要求资料、没有重大违法记录的书面声明 (复印件加盖公章);
- 5) 《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》;
- 6) 《投标廉洁承诺书》。

四、响应文件递交须知

(一) 响应文件递交时间

2025 年 3 月 27 日 08:30~09:00 (北京时间), 逾期送达的文件拒不接受; 同时需提交纸质版报名资料一套, 并每页加盖报名公司鲜章。

（二）投响应文件密封方式

档案袋密封。

五、开标时间和地点

（一）开标时间

2025 年 3 月 27 日 09 时 00 分（星期四）[北京时间]。

（二）开标地点

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

六、信息公开媒介

遵义市播州区人民医院[官网]:<http://www.zysbzqrmmy.cn>。

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币 0 元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入黑名单并进行公示。

八、评标办法摘要

（一）合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正、1 副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

（二）评标方法：

综合评标法。

（三）开标条件：

响应报价 ≥ 3 家。

九、联系方式

（一）主管科室：

设备科 联系人及电话： 白女士 0851-27250703

（二）办理科室：

总务科 联系人及电话： 罗女士 0851-27221960

(三) 联系地址:

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

(四) 投诉与举报电话

纪委综合办 联系电话: 0851-27252009

遵义市播州区人民医院总务科

2025 年 3 月 20 日