



# 遵义市播州区人民医院

## 关于购置超声骨密度仪项目的内部竞争性磋商公告

(第二次)

### 一、项目基本情况

项目编号：BYC-2024-ZS007

项目名称：购置超声骨密度仪

采购方式：内部竞争性磋商

采购需求：

项目编号	产品名称	数量	单位	产地来源
BYC-2024-ZS007	超声骨密度仪	1	套	国产
技术参数或服务要求				
序号	产品名称	技术参数或服务要求		
1	超声骨密度仪	<p>一、主要技术参数</p> <p>1 主要技术规格</p> <p>1.1 探头工作频率:核心频率 1.25MHz,偏差±15%;</p> <p>1.2 探头组成:四晶体超声探头;</p> <p>1.3 收发模式:轴向超声波传导,双晶体发射双晶体接收;</p> <p>1.4 检测部位:桡骨、胫骨;</p> <p>1.5 测量参数:SOS 值、T 值、Z 值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄;</p> <p>1.6 Z 值趋势图、T 值趋势图(需附国家食药监部门认可机构的检测证明);</p> <p>1.7 声速显示范围:2200m/s4800m/s;(需附国家食药监部门认可机构的检测证明);</p>		



- 1.8 高测量重复性:  $\pm 0.15\%$ ;
- 1.9 支持多种探头类型;
- 1.10 在黄铜、有机玻璃双重校准下误差  $\pm 50\text{m/s}$ ;
- 1.11 快速、高精度两种测量模式;
- 1.12 单点检测速度:  $\leq 0.4\text{s}$ ;
- 1.13 单次测量时间  $\leq 10$  秒;
- 1.14 操作平台: 安卓触摸屏操控;
- 2 其他功能:
  - 2.1 探头导航: 实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角, 角度显示偏转精度  $0.01^\circ$  ;
  - 2.2 视频播放功能;
  - 2.3 联网功能:
    - 2.3.1 数据联网方式: 支持有线、WIFI、4G 模块(可选) 联网;
    - 2.3.2 支持 DB(SQL Server、Oracle、MySQL、Postgre SQL)、Http、Webservice 数据接口, 将检测数据传输至医院网络系统;
  - 2.4 实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间;
  - 2.5 显示患者详细信息资料并可编辑;
  - 2.6 显示历史测量结果;
  - 2.7 多外置接口开放;
  - 2.8 病案管理功能: 可对病例进行保存、显示、检索、编辑、删除、追加、导出等一系列操作管理;
  - 2.9 提供 A4、16K、B5 等多种尺寸报告单;
  - 2.10 自动生成报告单;



- 2.11 支持保存报告单为 PNG、JPG、BMP 及 PDF 等格式;
- 2.12 便携式校验模块(带温度指示条):用于检测前设备的校验,确保检测数据准确性;
- 2.13 云服务功能:
  - 2.13.1 检测结果直接传输至受检者微信;
  - 2.13.2 受检者多次检测结果统计、分析;
- 2.14 报告单自定义:可重新编辑报告单字段,针对检测结果,检测图表,检测意见或者医生意见等字段,可随意进行缩放,拖动,添加或删除等操作;
- 2.15 适合中国人标准的数据库,婴幼儿(0-5岁)数据库,青少年(5-20岁)数据库,成人(20-90岁)数据库;
- 2.16 辅助测量装置:固定桡骨检测部位;
- 2.17 探头自动休眠功能;
- 3 探头配置:
  - 3.1 标配:LU 探头 1 个;可选配:1M 探头、LS 探头、LR 探头;
  - 3.2 配备探头要求为高精度、高灵敏度 U 型探头,U 型剖空结构消除平面探头干扰路径超声波对精度、灵敏度的影响;(需附相关证明材料);
- 4、配置专用台车、打印机 1 台。

### 商务要求

- 1、整机保修期:  $\geq 2$  年;

★本项目不接受联合体投标。

其它要求: 详见《采购文件》

## 二、合格供应商应当具备的资格条件

### (一) 一般条件要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照（三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权；

2. 特殊资格要求：①投标产品属于医疗器械管理的产品，须提供所投产品的医疗器械注册证（含登记表等附件）或医疗器械备案证书（凭证）；②投标产品属于医疗器械管理的产品，供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投产品）或医疗器械经营许可备案证明材料，同时提供生产厂商的《医疗器械生产许可证》（生产范围覆盖所投产品）；供应商为生产厂商的，须提供《医疗器械生产许可证》（生产范围覆盖所投产品），同时提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投产品）或医疗器械经营许可备案证明材料；

3. 须提供生产厂家产品销售授权书和相关资质证明材料；

4. 须提供经合法审计机构出具的 2022 或 2023 年度财务审计报告，或投标截止时间前 3 个月的资产负债表）【新注册企业提供当年内】；

5. 提供供应商 2023 年 9 月至今任意 3 月的依法缴纳税收及缴纳社会保障金的凭据或证明材料【新注册企业提供当年内或者依法不用纳税及缴纳社保的，须提供有效的证明文件】；

6. 提供供应商 1 年以上无违法不良记录的证明材料【新注册企业提供当年内】【供应商自行承诺】；

7. 其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应资证。

## （二）诚信资格要求：

提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站[[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)]，包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单 <http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。

## 三、报名与采购文件获取

### （一）报名与采购文件获取时间：

2024年3月18日-2024年3月26日[8:00-11:30；14:00-17:30][周末、节假日除外]，供应商须在规定的时间内到指定地点获取本采购文件，并登记备案，如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加。

### （二）报名方式：

电子邮件报名；

### （三）报名邮箱：

[zysbzqrmmy2024@163.com](mailto:zysbzqrmmy2024@163.com) ；

### （四）相关提示及报名资料

参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标的项目名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称，另扫描以下资料作为该邮件附件发送至报名邮箱：

- 1) 三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；
- 2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件（复印件加盖公章）；
- 3) 合格供应商应当具备的资格条件第一条第2款特殊资格要求中所需

资料（复印件加盖公章）；

- 4) 诚信资格证明材料、无违法不良记录证明（复印件加盖公章）；
- 5) 《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》；
- 6) 《投标廉洁承诺书》。

#### 四、响应文件递交须知

##### （一）截止时间：

2024年3月27日9:00（星期三）上班时间，逾期送达的文件拒不接受。

##### （二）投响应文件密封方式

档案袋密封。

#### 五、开标时间和地点

##### （一）开标时间

2024年3月27日09时00分（星期三）[北京时间]。

##### （二）开标地点

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

#### 六、信息公开媒介

遵义市播州区人民医院[官网]:<http://www.zysbzqrmmy.cn>。

#### 七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币0元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入黑名单并进行公示。

#### 八、评标办法摘要

（一）合格供应商须提供规范有效的响应文件[1正、1副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

（二）评标方法：综合评标法。



**遵义市播州区人民医院**

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

(三) 开标条件：响应报价 $\geq 3$ 家。

## 九、联系方式

(一) 主管科室：设备科

联系人及电话：白女士 13985227666

(二) 办理科室：总务科

联系人及电话：罗女士 19184538868

(三) 地址：遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

遵义市播州区人民医院总务科

2024年3月18日