



# 遵义市播州区人民医院

## 关于代为尚嵇镇卫生院购置电子阴道镜的院内竞争性谈判采购公告

### 一、项目基本情况

项目编号：BYC-2025-ZS024

项目名称：代为尚嵇镇卫生院购置电子阴道镜

采购方式：院内竞争性谈判

采购需求：

项目编号	项目名称	数量(台)	产地来源
BYC-2025-ZS024	代为尚嵇镇卫生院购置电子阴道镜	1	国产

### 一、技术参数及服务要求

序号	设备名称	技术参数及服务要求
1	电子阴道镜	<p><b>1. 阴道镜镜头参数：</b></p> <p>1.1. 镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清成像功能，输出 FULLHD1080P 信号；</p> <p>1.2. 高清摄像模块像素≥200 万，成像系统水平分辨率≥1000TVL；</p> <p>1.3. 放大倍数支持:1-60 倍，有效操作距离:160mm-340mm；</p> <p>1.4. 光斑直径≥70mm,光斑直径内照度均匀性≥80%，显色指数 Ra≥90,工作距离为 20cm 处光源中心温升≤1℃；</p> <p>1.5. 空间分辨率≥141p/mm;图像几何失真度≤1%，色彩还原最大误差≤30NBS，平均色彩还原误差≤20NBS；</p> <p>1.6. 防水按键，具备按键，可实现视野变换、焦距调节、白光变色温成像、电子绿色滤镜成像、计时显示、自动图像采集和图像冻结控制，支持镜头手柄控制图像采集；</p> <p>1.7. 镜头手柄后方按键具备定位宫颈口、采集图像、按时序对比图像功能；</p> <p>1.8. 设备具有独立的视频输出接口，与工作站集成一体，无需通过转换器可扩展显示镜头原始图像。</p> <p>1.9. 配置即插即用的脚踏开关,支持采集图像/冻结并采集图像/开启计时功能/切换界面等功能，与镜头支架独立；</p> <p>1.10. 采用全金属模具结构可升降直立式支架，镜头可调；</p> <p><b>2. 阴道镜工作站性能参数：</b></p> <p>2.1. 具有自动提示患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约；</p> <p>2.2. 具有病例重点关注功能，医生可以快速标记需要关注的重点患者，便于医生分级管理和快速查找患者信息；</p> <p>2.3. 采集的图像按时间顺序同屏显示，并且可以通过镜头扣手按键一键控制；</p> <p>2.4. 在观察检查页面具有独立的历史检查图像显示框。同一患者历史检查图像会自动加载；</p>



	<p>2.5. 提供病例供临床医生操作练习；</p> <p>2.6. 可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，提供不少于 6 种打印模版，支持自定义报告模板，提交患者打印报告后系统自动生成 PDF 文件备份；</p> <p>2.7. 具有打印报告、编辑报告模式。支持可编辑式报告模板，并且可对报告中图像进行处理，调节图像亮度、对比度、色调、饱和度等；</p> <p>2.8. 可对拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、医生工作量等进行统计分析，统计结果可通过饼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到 Excel 表；</p> <p>2.9. 具有软件操作留痕功能；</p> <p><b>3. 工作站拓展功能及网络应用：</b></p> <p>3.1. 支持身份证读取功能；</p> <p>3.2. 具有 DICOM 3.0 数据交换接口，可支持下载病人信息，回传病人报告和图像；支持标准 HL7 协议，可以方便对接 HIS 系统；</p> <p>3.3. 支持局域网连接功能；</p> <p>3.4. 支持广域网连接功能，能够与电子阴道镜数据管理系统联网；</p> <p>3.5. 支持阴道镜报告多级质控管理功能；</p>
--	--

## 二、商务要求

1. 其他：整机保修 2 年。

**★ 本项目不接受联合体投标。**

其它要求：详见《采购文件》

## 二、合格供应商应当具备的资格条件

### (一) 一般条件要求：

符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1. 在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）；

### 2. 特殊资格要求：

① 投标产品属于医疗器械管理的产品，须提供所投产品的医疗器械注册证（含登记表等附件）或医疗器械备案证书（凭证）；

② 投标产品属于医疗器械管理的产品，供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投产品）或医疗器械经营许可备案证明材料，同时提供生产厂商的《医疗器械生产许可证》（生产范围覆盖所投产品）；供应商为生产厂商的，须提供《医疗器械生产许可证》（生产范围覆盖所投产品），同时提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投产品）或医疗器械经营许可备案证明材料；

3. 须提供生产厂家产品销售授权书和相关资质证明材料；



4. 须提供经合法审计机构出具的 2023 或 2024 年度财务审计报告，或按月提供投标截止时间前 3 个月的资产负债表、利润表及现金流量表【新注册企业提供当年内】或提供银行出具的 2025 年的资信证明；

5. 提供供应商 2025 年 1 月至今任意 3 月的依法缴纳税收及缴纳社会保障金的凭据或证明材料【新注册企业提供当年内的依法缴纳税收及缴纳社会保障金的凭据或证明材料；依法未纳税的，须提供税务零申报证明材料】；

6. 提供供应商在参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明【新注册企业提供当年内】；

7. 其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应证明材料。

## （二）诚信资格要求：

提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站下载的信用信息报告[[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)]；

在“中国政府采购网”网站[政府采购严重违法失信行为记录名单 <http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]；

## 三、报名与采购文件获取

### （一）报名与采购文件获取时间

2025 年 10 月 17 日-2025 年 10 月 23 日[8:00-11:30;14:00-17:00] [周末、节假日除外]，供应商须在规定的时间内将报名资料发送到指定报名邮箱并登记备案，如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加；

### （二）报名方式

电子邮件报名；

### （三）报名邮箱

[zysbzqrmmyy2024@163.com](mailto:zysbzqrmmyy2024@163.com)；

### （四）相关提示及报名资料

参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标的项目名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称，另扫描以下资料作为该邮件附件发送至报名邮箱：

1) 三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；

2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面

复印件（复印件加盖公章）；

3) 合格供应商应当具备的资格条件第一条第2款特殊资格要求中所需资料（复印件加盖公章）；

4) 诚信资格要求资料、没有重大违法记录的书面声明（复印件加盖公章）；

5) 《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》；

6) 《投标廉洁承诺书》。

#### 四、响应文件递交须知

##### （一）响应文件递交时间

2025年10月24日15:30~16:00（北京时间），逾期送达的文件拒不接收；同时需提交纸质版报名资料一套，并每页加盖报名公司鲜章。

##### （二）投响应文件密封方式

档案袋密封。

#### 五、开标时间和地点

##### （一）开标时间

2025年10月24日16时00分（星期五）[北京时间]。

##### （二）开标地点

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

#### 六、信息公开媒介

遵义市播州区人民医院[官网]:<http://www.zysbzqrmyy.cn>。

#### 七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币0元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入黑名单并进行公示。

#### 八、评标办法摘要

（一）合格供应商须提供规范有效的响应文件[1正、1副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

##### （二）评标方法

最低评标价法。

##### （三）开标条件

响应报价≥3家。

#### 九、联系方式



遵义市播州区人民医院  
People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

(一) 申购主管科室

设备科 联系人及电话：白老师 0851-27250703；

(二) 办理科室

总务科（采购） 联系人及电话：罗老师 0851-27221960；

(三) 联系地址

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

(四) 投诉与举报电话

纪委综合办 联系电话：0851-27252009

遵义市播州区人民医院

总务科（采购）

2025年10月17日