



遵义市播州区人民医院 关于蒸汽发生器采购项目的院内竞争性谈判 采购公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2025-ZW033

项目名称：蒸汽发生器采购项目

采购方式：院内竞争性谈判

采购需求：

项目编号	项目名称	数量	限价（元）
BYC-2025-ZW033	蒸汽发生器采购项目	3 台	407400 元
一、技术参数及服务要求			
序号	项目名称	技术参数及服务要求	
1	蒸汽发生器采购项目	（一）、技术要求 1、筒体： 1.1 容积： ≤48L； 1.2 材质： 304, 优质无缝钢管； 1.3 设计压力： ≥0.7Mpa，设计温度： ≥170℃； 1.4 产汽量： ≥160Kg/h，功率 120Kw/h； 1.5 无需办理特种设备使用证。 2、管路及控制系统： 2.1 水位控制： 进口磁翻柱式液位计采用连通器原理使液体等高引入主体内，主体内漂浮永久磁性浮子，由浮子带动的磁性能无阻隔性地传出主体，并始终定位在液体的表面。液位计现场测量的液面位置指示利用了附靠在主体内液面处的磁场推动 180°，由白色变为红色，当液面下降时，翻柱又被主体内液面内磁场推回 180°，由红色变为白色； 2.2 双压力控制： 利用机械式压力控制器进行工作压力的控制及调整，当器身内蒸汽压力达到压力控制器所设置的上限值时，可自动切断加热电源；当器身内蒸汽压力降低到所设置的下限值时，可自动接通加热电源； 2.3 加热保护： 采用液位控制器和温度控制器双重自动保护措施。由于意外原因造成器身内水位降到下水位时，可自动切断加热电源；一旦液位控制器失效，水位继续下降到电热管的位置时，为防止电热管无水干烧，温度控制器将发出信号，切断加热电源，以保证加热元件不致因缺水干烧而损坏； 2.4 双重超压自动保护 具有压力控制器和安全阀双重超压保护； 2.5 过电流保护功能 当发生器在工作过程中，由于各种意外造成电流过大时，将会启动电路保护功能，防止对人员及设备造成伤害； 2.6 自动排污功能 TDS 自动排污； 2.7 手动排污功能 设备配有手动排污闸阀； 2.8 压力表： 进口压力表，量程：0~1.6MPa 精度等级：1.6 级；	



		2.9 安全阀 全启式安全阀。 3、售后服务： 3.1 设备报价包含但不限于旧设备的拆除以及新设备进场，水电气的改造等费用。 3.2 保修期 2 年，接到报修后 2 小时内须达到现场维修；
二、商务要求		
1. 其他：整机保修 2 年，接到报修后 2 小时内须达到现场维修。 2. 付款方式：安装调试完毕验收合格后支付 30%，余下部分根据医院财务流程支付。		

★ 本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

(一) 一般条件要求：

符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1. 在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）；个体工商户须提供营业执照及经营者身份证正反两面复印件；

2. 须提供经合法审计机构出具的 2023 或 2024 年度财务审计报告，或按月提供投标截止时间前 3 个月的资产负债表、利润表及现金流量表【新注册企业提供当年内】或提供银行出具的 2025 年的资信证明；

3. 提供供应商 2025 年 1 月至今任意 3 月的依法缴纳税收及缴纳社会保障金的凭据或证明材料【新注册企业提供当年内的依法缴纳税收及缴纳社会保障金的凭据或证明材料；依法未纳税的，须提供税务零申报证明材料】；

4. 提供供应商在参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明【新注册企业提供当年内】；

(二) 诚信资格要求

提供报名与采购文件获取时间开始至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站下载的信用信息报告[www.creditchina.gov.cn]及在“中国政府采购网”网站[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]；

三、报名与采购文件获取



遵义市播州区人民医院

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

(一) 报名与采购文件获取时间

2025年10月17日-2025年10月23日[8:00-11:30;14:00-17:00][周末、节假日除外], 供应商须在规定的时间内将报名资料发送到指定报名邮箱并登记备案, 如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加;

(二) 报名方式

现场报名或者电子邮件报名;

(三) 报名邮箱

zysbzqrmmy2024@163.com ;

(四) 相关提示及报名资料

参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题: 注明公司名称、竞标的项目名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称, 另扫描以下资料作为该邮件附件发送至报名邮箱:

- 1) 三证合一的营业执照副本(复印件加盖公章);
- 2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件(复印件加盖公章);
- 3) 诚信资格要求资料、没有重大违法记录的书面声明(复印件加盖公章);
- 4) 《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》;
- 5) 《投标廉洁承诺书》;

四、响应文件递交须知

(一) 响应文件递交时间

2025年10月24日08:00~08:30(北京时间), 逾期送达的文件拒不接受; 同时需提交纸质版报名资料一套, 并每页加盖报名公司鲜章。

(二) 投响应文件密封方式

档案袋密封。

五、开标时间和地点

(一) 开标时间

2025年10月24日08时30分(星期五)[北京时间]。

(二) 开标地点



遵义市播州区人民医院

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

六、信息公开媒介

遵义市播州区人民医院[官网]:<http://www.zysbzqrmmy.cn>。

七、保证金

供应商递交响应文件前,应提交人民币0元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为,不恶意扰乱投标规则和采购秩序,一经发现则列入黑名单并进行公示。

八、评标办法摘要

(一)合格供应商须提供规范有效的响应文件[1正、1副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

(二)评标方法:

最低评标价法。

(三)开标条件:

响应报价 ≥ 3 家。

九、联系方式

(一)申购主管科室

总务科 联系人及电话: 郭老师 18076239088;

(二)办理科室

总务科(采购) 联系人及电话: 罗老师 0851-27221960;

(三)联系地址

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

(四)投诉与举报电话

纪委综合办 联系电话: 0851-27252009

遵义市播州区人民医院

总务科(采购)

2025年10月17日

采购专用章



遵义市播州区人民医院
People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

附件 1:

参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的声明

致: 遵义市播州区人民医院

 (供应商全称), 参加贵单位组织的项目编号
为: , 项目名称: 的政府采购活动, 在此郑重声明:
我单位在参加本项目采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事
处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处
罚。

投标供应商: (公章)

声明时间:



附件 2:

授权委托书 (格式一)

致: 遵义市播州区人民医院

我_____ (姓名) 系_____ (供应
商名称) 的法定代表人 (负责人), 现授权委托本单位在职职工
(姓 名) 以我公司名义参加_____ (项目名称及项目编号) 项目
的磋商活动, 并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务
和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限: 从_____年_____月_____日起至_____年
月_____日止。

代理人无转委托权, 特此委托。

我已在下面签字, 以资证明。

供应商 (公章): _____

法定代表人 (负责人) 签字或盖章: _____

_____年_____月_____日

附: 法定代表人及委托代理人有效的身份证正反两面复印件