



# 遵义市播州区人民医院

## 关于购置血液成分分离机的院内竞争性磋商公告

### 一、项目基本情况

项目编号：BYC-2025-ZS017

项目名称：购置血液成分分离机

采购方式：院内竞争性磋商

采购需求：

项目编号	采购产品名称	数量(台)	产地来源
BYC-2025-ZS017	血液成份分离机	1	国产

### 技术参数或服务要求

序号	产品名称	数量(台)	技术参数或服务要求
1	血液成份分离机	1	<ul style="list-style-type: none"><li>1. 袖带压力: 0~100mmHg (0~13.3kPa), 精度≤5mmHg (0.7kPa);</li><li>2. 血浆监测器: 0~800g, 精度≤10g;</li><li>3. 采血速度: 20~100r/min, 精度≤2r/min;</li><li>4. 回输速度: 20~120r/min, 精度≤2r/min;</li><li>5. 抗凝血比: 1:8 ~1:16;</li><li>6. 离心机速度: 5500r/min;</li><li>7. 采集方式: 单针断续式采集;</li><li>8. 操作界面: ≥ 10.1 英寸触摸式 LED 屏;</li><li>9. 参数设置: 预设参数可根据供血者状况适时调整;</li><li>10. 工作过程: 开机无需预热, 无需盐水冲洗;</li><li>11. 配套耗材: 具有配套多种分离方案的耗材;</li><li>12. 智能检查血液管路内压力变化, 发现异常及时报警;</li><li>13. 智能检查耗材管路在管路探测器的安装情况, 发现错误安装及时报警;</li><li>14. 可储存≥9 人次血液成分分离统计数据, 供查询; 并具备数据权限管理, 保证设备内部数据安全;</li><li>15. 具备数据输入输出功能, 能够实现血液成分分离统计数据联网管理;</li></ul>

### 商务要求

1. 保修期：整机免费保修 2 年；

2. 提供耗材报价；

★本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

## 二、合格供应商应当具备的资格条件

### （一）一般条件要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照（三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权；

### 2. 特殊资格要求：

①投标产品属于医疗器械管理的产品，须提供所投产品的医疗器械注册证（含登记表等附件）或医疗器械备案证书（凭证）；

②投标产品属于医疗器械管理的产品，供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投产品）或医疗器械经营许可备案证明材料，同时提供生产厂商的《医疗器械生产许可证》（生产范围覆盖所投产品）；供应商为生产厂商的，须提供《医疗器械生产许可证》（生产范围覆盖所投产品），同时提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投产品）或医疗器械经营许可备案证明材料；

3. 须提供生产厂家产品销售授权书和相关资质证明材料；

4. 须提供经合法审计机构出具的 2023 或 2024 年度财务审计报告，或投标截止时间前 3 个月的资产负债表【新注册企业提供当年内】；

5. 提供供应商 2025 年 1 月至今任意 3 月的依法缴纳税收及缴纳社会保障金的凭据或证明材料【新注册企业提供当年内的依法缴纳税收及缴纳社会保障金的凭据或证明材料；依法未纳税的，须提供税务零申报证明材料】；

6. 提供供应商在参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明【新注册企业提供当年内】；

7. 其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应证明材料。

## （二）诚信资格要求：

提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站下载的信用信息报告[[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)]；

在“中国政府采购网”网站[政府采购严重违法失信行为记录名单 <http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]；

## 三、报名与采购文件获取

### （一）报名与采购文件获取时间：

2025年7月22日-2025年7月28日[8:00-11:30；14:00-17:00] [周末、节假日除外]，供应商须在规定的时间内将报名资料发送到指定报名邮箱并登记备案，如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加；

### （二）报名方式：

电子邮件报名；

### （三）报名邮箱：

zysbzqrmyy2024@163.com；

### （四）相关提示及报名资料

参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标的项目名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称，另扫描以下资料作为该邮件附件发送至报名邮箱：

- 1) 三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；
- 2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件（复印件加盖公章）；

- 3) 合格供应商应当具备的资格条件第一条第 2 款特殊资格要求中所需资料（复印件加盖公章）；
- 4) 诚信资格要求资料、没有重大违法记录的书面声明（复印件加盖公章）；
- 5) 《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》；
- 6) 《投标廉洁承诺书》。

#### **四、响应文件递交须知**

##### **(一) 响应文件递交时间**

2025 年 7 月 29 日 14:00~14:30（北京时间），逾期送达的文件拒不接收；同时需提交纸质版报名资料一套，并每页加盖报名公司鲜章。

##### **(二) 投响应文件密封方式**

档案袋密封。

#### **五、开标时间和地点**

##### **(一) 开标时间**

2025 年 7 月 29 日 14 时 30 分（星期二）[北京时间]。

##### **(二) 开标地点**

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

#### **六、信息公开媒介**

遵义市播州区人民医院[官网]:<http://www.zysbzqrmyy.cn>。

#### **七、保证金**

供应商递交响应文件前，应提交人民币 0 元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入黑名单并进行公示。

#### **八、评标办法摘要**

##### **(一) 合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正、1 副]对项目要求、**

技术参数、配置要求进行实质性响应。

(二) 评标方法: 综合评标法。

(三) 开标条件: 响应报价 $\geq 3$  家。

## 九、联系方式

(一) 主管科室:

设备科 联系人及电话: 白老师 0851-27250703

(二) 办理科室:

总务科 联系人及电话: 罗老师 0851-27221960

(三) 联系地址:

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

(四) 投诉与举报电话

纪委综合办 联系电话: 0851-27252009

遵义市播州区人民医院总务科

2025 年 7 月 22 日