



# 遵义市播州区人民医院 关于二院区 picu 改造装修项目的院内竞争性谈判 采购公告

## 一、项目基本情况

项目编号：BYC-2025-ZW026

项目名称：二院区 picu 改造装修项目


采购方式：院内竞争性谈判

采购需求：

项目编号	项目名称	数量（项）	限价（元）
BYC-2025-ZW026	二院区 picu 改造装修项目	1	199700
一、技术参数及服务要求			
1、改造装修参数要求			
序号	项 目	数量	备注
1	拆除、房间隔墙	根据图纸	
2	断桥窗封阳台	根据图纸	中空玻璃 (5+12A+5),型材壁厚 2.0
3	开门洞	3 个	
4	拆吊顶及吊顶修复	根据施工需要	
5	吊顶规格板	根据施工需要	
6	地胶修复	根据施工需要	材料与原地胶一至
7	地面保护	根据施工需要	
8	办公室及走廊玻璃隔断含门	根据图纸（2 套）	根据图纸，型材厚 1.4，钢化玻璃厚 1.2
9	安装电源插座、开关及照明	根据科室需要	根据图纸，电源插座 4 平方铜芯线，灯线 1.5 平方铜芯线
10	套装门	3	根据图纸，实木门
11	不锈钢处置柜拆装	根据施工需要	
12	墙面修补	根据施工需要	

13	氧气、负压、正压管道改造	根据施工需要	根据科室需要
14	护士站工作台	尺寸根据科室需要	
15	弱电网路安装	根据科室需要	六类非屏蔽双绞线
16	拆装医用垂直吊塔	8 套	
17	新装干湿分离吊塔	2 套	需提供专业焊工证、具有特种作业操作证、熟知干湿分离吊塔及设备带等整体结构及专业安装。
18	安全文明施工费	根据施工需要	
19	装修垃圾清运	根据施工需要	
20	安装门禁	根据科室需要	刷脸门禁，根据科室需要
21	拆除设备带	根据施工需要	需提供专业焊工证、具有特种作业操作证、熟知干湿分离吊塔及设备带等整体结构及专业安装。
22	改造面积约 350 平米，投标书须实地勘察现场，确保报价真实可靠。		

## 2、吊塔参数要求

产品名称	吊桥	技术要求	干湿分离
参考图样			
技术参数			
1	水平旋转角度	0-340°	

2	标准供气	(2 个氧气、2 个吸引、2 个空气) X2
3	标准供电	5 孔多功能电源插座 8 个 X1 (干区) 5 孔多功能电源插座 8 个 X1 (死去)
4	网络接口	1 套 X2
5	设备托盘	5 个
6	输液杆架	1 套 X2
7	抽屉	1 个 X2

- 8
- 1、桥梁式吊桥（干湿分离）用于医院 ICU 病房，是现代重症监护病房必备的医疗抢救辅助设备，主要由横梁、干段和湿段组成，其特点在于合理的分为干区和湿区两部分，湿区配置升降灵活的输液架，干区配置有可升降调节的仪器平台，干湿区均配有气体终端、电源插座、网络接口，具有机械刹车定位，防飘移功能，横梁上配置 LED 照明灯；
  - 2、主体材质为高强度 6063 铝镁合金，塔身和悬臂采用高强度挤压模具成型，内外防锈防污处理，表面处理高压静电粉末喷塑技术，防紫外线、耐腐蚀抗污染。横梁长度 2400—3200mm，可根据现场定制。塔体可旋转 340°，可平移≥300mm；
  - 3、整体全封闭设计，电源线路及气源管路无外露，保证吊塔在旋转过程中，不会因位置的改变导致线路脱落。配机械刹车，轻松锁定旋转臂及箱体的位置，设备无飘移，安全可靠；
  - 4、采用知名品牌气体终端，按照不同颜色和形状区分，具有防接错功能，插拔次数 2 万次以上，并且具有 Standby（原位待接通状态）功能，采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；
  - 5、采用优质品牌强电、弱电插座，且与气体终端装同一箱体上，气电分离，安全可靠；
  - 6、气体终端、照明灯、输液架、仪器平台、抽屉、电源插座、接地端子、网络接口等可根据实际要求进行定制；

序号	产品名称		数量	单位
1	桥梁部分	固定底座	2	个
2		护罩	2	套
3		LED 夜间照明灯	1	个
4		横梁	1	个
5	干区部分	吊箱箱体	1	个

6		仪器平台	3	层
7		抽屉	1	个
8		网篮	1	套
9		氧气终端	2	个
10		负压吸引终端	2	个
11		压缩空气终端	2	个
12		国标电气插座 5X	8	个
13		RJ45 网络接口	2	个
14		等电位接地端子	2	个
15	湿区部分	吊柱箱体	1	个
16		仪器平台（带边轨）	2	层
17		抽屉	1	个
18		双关节输液杆架	1	个
19		氧气终端	2	个
20		负压吸引终端	2	个
21		压缩空气终端	2	个
22		国标电气插座 5X	8	个
23		RJ45 网络接口	2	个
24		等电位接地端子	2	个
二、其他要求				

- 1、所用材料防火等级须达到 B1 级，环保等级须达 E1 级及以上；
- 2、须提供相关材料检测报告；
- 3、吊桥及设备带施工人员须提供专业焊工证、具有特种作业操作证书；
- 4、工程量以达到甲方目的为标准(见施工平面图)；
- 5、产品通过 ISO13485、ISO9001，CE 认证（提供认证文件）；
- 6、制造商通过 14001、45001，3AAA 证书（提供各项资质认证文件）；
- 7、需提供吊桥厂家授权书；

### 三、商务要求

1. 改造面积约 350 平米，参与项目投标报名前须实地勘察现场，并取得总务科出具的现场勘察证明后才能报名。报价时必须上传我方开具的现场勘察证明，用以证明已来我单位沟通确认过，确保报价真实可靠。
2. 因我单位对产品的尺寸以及安装方式有要求，供货商品需提前与我单位沟通确认产品参数，确保符合我单位使用需求。
3. 此次采购紧急，合同签署后 15 个工作日内完成施工安装完毕（须提供承诺函），需快捷服务响应，提供 7x24 全天候售后电话技术支持，2 小时内本地化售后服务响应，不是本地供应商需提供当地售后部门证明。
4. 吊桥质保 $\geq 3$ 年；

★ 本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

## 二、合格供应商应当具备的资格条件

### （一）一般条件要求：

符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1. 在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）；个体工商户须提供营业执照及经营者身份证正反两面复印件；

2. 提供供应商在参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明【新注册企业提供当年内】；

### （二）诚信资格要求

提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站下载

的信用信息报告[[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)];

在“中国政府采购网”网站[政府采购严重违法失信行为记录名单  
<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰];

个体工商户查询地址：国家企业信用信息公示系统  
<https://shiming.gsxt.gov.cn>。

### 三、报名与采购文件获取

#### (一) 报名与采购文件获取时间

2025年8月18日-2025年8月25日[8:00-11:30; 14:00-17:00][周末、节假日除外], 供应商须在规定的时间内将报名资料发送到指定报名邮箱并登记备案, 如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加;

#### (二) 报名方式

电子邮件报名;

#### (三) 报名邮箱

[zysbzqrmyy2024@163.com](mailto:zysbzqrmyy2024@163.com) ;

#### (四) 相关提示及报名资料

参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题: 注明公司名称、竞标的项目名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称, 另扫描以下资料作为该邮件附件发送至报名邮箱:

1) 三证合一的营业执照副本(复印件加盖公章);

2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件(复印件加盖公章);

3) 诚信资格要求资料、没有重大违法记录的书面声明(复印件加盖公章);



- 4) 《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》；
- 5) 《投标廉洁承诺书》；
- 6) 由总务科出具的《现场勘探证明》；

#### **四、响应文件递交须知**

##### **(一) 响应文件递交时间**

2025 年 8 月 26 日 08:00~08:30（北京时间），逾期送达的文件拒不接受；同时需提交纸质版报名资料一套，并每页加盖报名公司鲜章。

##### **(二) 投响应文件密封方式**

档案袋密封。

#### **五、开标时间和地点**

##### **(一) 开标时间**

2025 年 8 月 26 日 08 时 30 分（星期二）[北京时间]。

##### **(二) 开标地点**

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

#### **六、信息公开媒介**

遵义市播州区人民医院[官网]:<http://www.zysbzqrmyy.cn> 。

#### **七、保证金**

供应商递交响应文件前，应提交人民币 0 元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入黑名单并进行公示。

#### **八、评标办法摘要**

（一）合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正、1 副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

（二）评标方法：最低评标价法。

（三）开标条件：响应报价 $\geq 3$  家。

## 九、联系方式

### （一）申购主管科室

总务科 联系人及电话： 郭老师 18076239088；

### （二）办理科室

总务科 联系人及电话： 罗老师 0851-27221960；

### （三）联系地址

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

### （四）投诉与举报电话

纪委综合办 联系电话： 0851-27252009

遵义市播州区人民医院总务科

2025 年 8 月 18 日



附件 1:

参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的声明

致: 遵义市播州区人民医院

                    (供应商全称)，参加贵单位组织的项目编号为:                     ，项目名称:                     的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商：（公章）

声明时间：



### 授权委托书（格式一）

附：法定代表人及委托代理人有效的身份证正反两面复印件



遵义市播州区人民医院

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

遵义市播州区人民医院