



遵义市播州区人民医院 关于代为播南社区卫生服务中心购置便携式 B 超等医 疗设备一批的院内竞争性磋商公告 (第三次)

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2025-ZS016

项目名称：代为播南社区卫生服务中心购置便携式 B 超等医疗设备一批

采购方式：院内竞争性磋商

采购需求：

项目编号	采购产品名称	数量（台/套）	产地来源
BYC-2025-ZS016	便携式 B 超	1	国产
	心电图机	1	
	电脑验光仪	1	
	旋磁光子热疗仪	1	

技术参数或服务要求

序号	产品名称	数量（台/套）	技术参数或服务要求
1	便携式 B 超	1	1. 应用范围：可用于腹部、浅表脏器、外周血管、心脏、泌尿、妇产科检查和矫形外科诊断等； 2 系统参数： 2.1 监视器≥ 12 英寸 LED 高清晰液晶显示单元，角度可调≥ 20 度； 2.2 灰阶≥ 256 灰阶； 2.3 TGC 调节≥ 8 段； 2.4 成像技术：全数字成像技术； 2.5 具有组织谐波成像技术； 2.6 具有斑点噪声抑制成像技术； 2.7 具有 TSI 组织优化成像技术； 2.8 iZoom 智能一键放大功能，最大超声扫查图像显示区域≥ 12 寸； 2.9 支持超声教学软件，要求机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图及扫查技巧介绍，支持医生对超声扫查的自学和训练； 2.10 智能一键优化；



			2.11 输出接口：视频打印机接口，双 USB 接口； 3 技术要求： 3.1 显示模式：B、B+B、3B、B+M、M； 3.2 扫描模式：电子凸阵、电子线阵； 3.3 总增益：0—100DB； 3.4 扫描角度：凸阵$\geq 80^{\circ}$，腔内$\geq 130^{\circ}$，可实时调节改变； 3.5 图像调整：左右、上下可调； 3.6 图像动态范围$\geq 180\text{db}$，屏幕可视，最少调节 5dB； 3.7 大凸探头图像帧频：18 厘米深度下最大帧频≥ 39 帧/秒以上； 3.8 图像后处理效果：≥ 5 种； 3.9 图像快速调节及多种参数预置功能：8 种以上效果可调节； 3.10 图像放大≥ 10 倍，≥ 8 级可调，并可实时动态下放大图像，对回放的文件可放大并测量； 3.11 体位标记≥ 100 种以上； 3.12 声功率输出调节≥ 32 级以上； 3.13 凸阵探头：基波 4 段 $2\sim 5\text{Mhz}$；谐波 2 段 $5\sim 6\text{Mhz}$； 4 测量： 4.1 一般 B 型测量：长度(距离)、面积、体积、周长、残余尿量、狭窄比、直方图、角度、心率、斜率； 4.2 妇产科测量：卵泡测量，子宫/宫颈； 4.3 完整产科测量报告； 4.4 前列腺测量软件及 PSAD 自动生成报告； 4.5 心功能测量软件； 4.6 介入功能及穿刺引导线可调节； 4.7 一般 M 测量：时间、距离、斜率、心率； 4.8 支持在实时状态下进行一般测量和各种高级应用测量，如距离、面积、周长、妇产科、矫形外科、心功能测量等；
2	心电图机	1	1、12 导心电图波形能打印于卷纸和折叠的热敏纸； 2、起搏器采样率：不低于 16,000Hz； 3、无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态； 4、电压分辨率：不低于 1uV，模数转换不低于 24 位； 5、Glasgow 大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群； 6、开机出波形时间：≤ 5 秒； 7、内置存储容量不低于 800 份； 8、电池单次充电至少可供打印 500 份报告； 9、屏幕可预览完整的心电图报告； 10、更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断； 11、可以 USB 线连接外置打印机，将报告打印于 A4 纸； 12、可支持条形码扫描枪接收患者； 13、U 盘可存储并转移 PDF 或 XML 格式的报告； 14、支持无线或有线方式传输 PDF 或 XML 格式的报告； 15、波形增益；2.5,5,10,20,L=10 C=5,L=20 C=10mm/mV，自动； 16、记录仪分辨率：水平 40dots/mm@25mm/s,垂直 8dots/mm；



			17、心电放大器：直流耦合； 18、走纸速度：5,12.5,25&50mm/s； 19、更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断； 20、提供设备专用固定支架一套；
3	电脑验光仪	1	1. 验光仪测量范围： 1.1 球镜度的测量范围为：-20m-1~+20m-1（最小分辨率为0.01m-1） 1.2 柱镜度（绝对值）的测量范围为：0m-1~6m-1（最小分辨率为0.01m-1） 1.3 柱镜轴位的测量范围为：0°~180°（最小分辨率为1°） 1.4 曲率半径的测量范围为：5mm~10mm（最小分辨率为0.01mm） 1.5 主子午线轴位的测量范围为：0~180°（最小分辨率为1°） 2. 其它性能参数： 2.1 ≥7 英寸触摸屏（视角可调； 2.2 打印机：57mm 热敏打印机； 2.3 出瞳处可见光照度值：<3lx； 2.4 使用寿命 ≥ 6 年； 3. 升降台参数： 3.1 电动升降台；
4	旋磁光子热疗仪	1	1. 照射头 A（红外线照射灯）： 1.1 光功率密度：≥50mW/cm ² ； 1.2 光谱：主要能量在 0.6 μm~2.5 μm 范围内； 1.3 频率：50Hz±1Hz； 1.4 治疗时间：0~99 分钟可调； 1.5 治疗强度：1~10 级可调； 1.6 按键使用寿命≥100 万次； 1.7 运行模式：连续运行、间歇负载运行方式； 2. 照射头 B（LED 红光照射灯）： 2.1 光功率密度：≥30mW/cm ² ； 2.2 光谱：中心波长（650±20）nm； 2.3 频率：50Hz±1Hz； 2.4 治疗时间：0~99 分钟可调； 2.5 治疗强度：1~10 级可调； 2.6 按键使用寿命≥100 万次； 2.7 运行模式：连续运行、间歇负载运行方式； 3. 照射头支架可上下、前后、左右等方向任意转动； 4. 输出模式：≥2 路输出模式，每路输出各自独立运行； 5. 连续工作时间：连续工作时间≥8h； 6. 配置金属推车；
商务要求			



1. 保修期：所有设备整机免费保修 2 年；

★本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

（一）一般条件要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1、在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照（三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权；

2. 特殊资格要求：

①投标产品属于医疗器械管理的产品，须提供所投产品的医疗器械注册证（含登记表等附件）或医疗器械备案证书（凭证）；

②投标产品属于医疗器械管理的产品，供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投产品）或医疗器械经营许可备案证明材料，同时提供生产厂商的《医疗器械生产许可证》（生产范围覆盖所投产品）；供应商为生产厂商的，须提供《医疗器械生产许可证》（生产范围覆盖所投产品），同时提供《医疗器械经营许可证》（经营范围覆盖所投产品）或医疗器械经营许可备案证明材料；

3. 须提供生产厂家产品销售授权书和相关资质证明材料；

4. 须提供经合法审计机构出具的 2023 或 2024 年度财务审计报告，或投标截止时间前 3 个月的资产负债表【新注册企业提供当年内】；

5. 提供供应商 2025 年 1 月至今任意 3 月的依法缴纳税收及缴纳社会保障金的凭据或证明材料【新注册企业提供当年内的依法缴纳税收及缴纳社会保障金的凭据或证明材料；依法未纳税的，须提供税务零申报证明材料】；



6. 提供供应商在参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明【新注册企业提供当年内】；

7. 其它特别指明要求提供的材料、证明等；项目属特种行业的提供相应证明材料。

（二）诚信资格要求：

提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站下载的信用信息报告[www.creditchina.gov.cn]；

在“中国政府采购网”网站[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]；

三、报名与采购文件获取

（一）报名与采购文件获取时间：

2025年8月19日-2025年8月27日[8:00-11:30；14:00-17:00][周末、节假日除外]，供应商须在规定的时间内将报名资料发送到指定报名邮箱并登记备案，如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加；

（二）报名方式：

电子邮件报名；

（三）报名邮箱：

zysbzqrmmyy2024@163.com；

（四）相关提示及报名资料

参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标的项目名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称，另扫描以下资料作为该邮件附件发送至报名邮箱：

1) 三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）；



2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件（复印件加盖公章）；

3) 合格供应商应当具备的资格条件第一条第2款特殊资格要求中所需资料（复印件加盖公章）；

4) 诚信资格要求资料、没有重大违法记录的书面声明（复印件加盖公章）；

5) 《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》；

6) 《投标廉洁承诺书》。

四、响应文件递交须知

（一）响应文件递交时间

2025年8月28日08:30~09:00（北京时间），逾期送达的文件拒不接受；同时需提交纸质版报名资料一套，并每页加盖报名公司鲜章。

（二）投响应文件密封方式

档案袋密封。

五、开标时间和地点

（一）开标时间

2025年8月28日09时00分（星期四）[北京时间]。

（二）开标地点

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

六、信息公开媒介

遵义市播州区人民医院[官网]:<http://www.zysbzqrmmy.cn>。

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币0元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入黑名单并进行公示。



遵义市播州区人民医院

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

八、评标办法摘要

(一) 合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正、1 副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

(二) 评标方法:

综合评标法。

(三) 开标条件:

响应报价≥3 家。

九、联系方式

(一) 主管科室:

设备科 联系人及电话: 白老师 0851-27250703

(二) 办理科室:

总务科 联系人及电话: 罗老师 0851-27221960

(三) 联系地址:

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室

(四) 投诉与举报电话

纪委综合办 联系电话: 0851-27252009

遵义市播州区人民医院总务科

2025年8月19日



